

SEKK s.r.o., Divize EHK, Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, Česká republika
 Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7004 akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043.
 Podrobnosti o předmětu a rozsahu akreditace naleznete na <http://www.sekk.cz>

VÝSLEDKOVÝ LIST (kvantitativní výsledky)

Cyklus EHK: VVV1/16 - Diagnostika vrozených vývojových vad

Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 07.06.2016

Odborná garance: Česká společnost klinické biochemie
 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii

Účastník: Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
 Veveří 39, 602 00 Brno IČ: 26222825
 Ing. Zuzana Dobšáková, Ph.D.

Legenda: Vz. ... vzorek	C ... celkové hodnocení zkoušky	AV ... vztažná hodnota
VU ... výsledek účastníka	+ ... úspěšná zkouška	LL ... dolní mez
Dmax[%] ... přijatelný rozdíl v procentech	- ... neúspěšná zkouška	UL ... horní mez
	± ... nehodnoceno	D[%] ... rozdíl v procentech (VU a AV)

Zkouška	[jednotka]	Základní informace, které o zkoušce uvedl účastník	Srovnatelnost					Úspěšnost za 2 roky	
			VU	Dmax[%]	C	AV	LL		UL
free beta-hCG	[IU/l]	M=4=LIA (CLIA, CMIA, ILMA), R=60=Roche							
A1 (60) Roche		14,25	20%	+	13,4	10,7	16,1	6,3	100%
B1 (60) Roche		65,69	20%		65,9	52,7	79,1	-0,32	
APP-A	[IU/l]	M=4=LIA (CLIA, CMIA, ILMA), R=60=Roche							
A1 (60) Roche		0,809	18%	+	0,792	0,649	0,935	2,1	100%
B1 (60) Roche		2,26	18%		1,99	1,63	2,35	14	
free beta-hCG (MoM)	[MoM]								
A1 Všechny výsledky		0,36	33%	+	0,33	0,221	0,439	9,1	---
B1 Všechny výsledky		1,55	33%		1,5	1	2	3,3	
APP-A (MoM)	[MoM]								
A1 (60) Roche		0,32	33%	+	0,376	0,251	0,501	-15	---
B1 (60) Roche		1,11	33%		1,13	0,757	1,51	-1,8	

Vaše celkové úspěšnosti v jednotlivých cyklech tohoto programu za poslední 2 roky:

2014: VVV2 = 100%
 2015: VVV1 = 100% VVV2 = 100%
 2016: VVV1 = 100%

Vaše celková úspěšnost v tomto programu za poslední 2 roky: 100 % (počet hodnocených zkoušek: 8)